



MEDELSAN
MEDICAL ELECTRONICS
Electronic Eng. Tevfik Soral

Medikal Cihazlar Üretim – İthalat – Satış ve Teknik Servis Hizmetleri



4 KANAL KLİNİK TİP TENS-STİMÜLATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz tamamen tranzistörlü ve entegre devreli olup , 220Vac , 50Hz de çalışır.
- Cihazın 5'er dakikalık artışla max. 60 dk ayarlanabilen TIMER i vardır.
- Tedavi süresi bitiminde , sesli ikaz devresi çalışır.
- Tedavi süresi bitiminde , çıkış otomatik kesilir.
- Birbirinden bağımsız 4 ayrı kanalı vardır.
- Aynı anda 4 ayrı hastaya uygulama yapılabilir.
- 4 kanal aynı hastaya da uygulanabilir.
- Cihazın verdiği akımların frekansı , 2-5-10-50-100-200-250 Hz olarak ayarlanabilir.
- Uygulanan akımın pulse süresi , 40-75-100-150-200-300-400 mikrosaniye değerlerine ayarlanabilir.
- Herbir kanal için max çıkış akımı 100mA dir.
- Cihaz aşağıda belirtilen standart aksesuarlarıyla verilir.
 - 4 adet hasta kablosu
 - 4 çift 5x5cm disposable elektrod
 - 1 ad. Enerji kablosu
 - Bir adet kullanım talimatı
- Cihaz iki yıl imalat , on yıl yedek parça garantisine sahiptir.