



**MEDELSAN**  
**MEDICAL ELECTRONICS**  
Electronic Eng. Tefik Soral

**Medikal Cihazlar Üretim – İthalat – Satış ve Teknik Servis Hizmetleri**



## **ECT CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

Çalışma voltajı 220 V  $\pm$  %10 dir.

Çalışma frekansı 50/60 Hz dir.

Konvülatör Darbe Formu ve Frekansı Çeyrek Sinüs (90°) -50 Hz dir.

Çıkış gücü max 200 JOULE olup dijital ekranda okunabilir.

Konvülatör akım süresi 0.6-0.8-1-1.2-1.6-2-2.5-3-4-5-10 sn.

Konvülzif Akım Rampa Süresi 0-0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.2-1.4-1.6-1.8-2 sn.

Modülasyon süresi 0.3 sn. sabit.

Darbe Boşluk oranı 1/1 dir.

Hasta bağlantı devresi, besleme devresinden izole edilmiştir.

Cihaz, iki adet Disk elektrod ve bir adet konvülatör probu ile verilir.

Cihaz iki yıl imalat ve on yıl yedek parça garantisine sahiptir.

**Adres: Şakacı Sokak No:64/20 Kozyatağı / Kadıköy / İstanbul**

**Tel: 0535 736 36 67 0538 642 89 46 0542 561 67 54**

**Web: www.medelsan.com**

**E- Posta: info@medelsan.com**